



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.M.000330.04.22 от 12.04.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур - перечень в приложении

Рентгенодиагностический кабинет ООО "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", город Ставрополь, улица Доваторцев, д. 52в, пом. 20 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольский центр специализированной медицинской помощи", город Ставрополь, улица Доваторцев, д. 52в, пом. 6-10, 20-22. (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) ООО "Тема" № 0442/22 от 28.03.2022 г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710209 от 31.03.2017г.

Заключение действительно до 13.04.2027 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3369606



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.01.05.000-М.000330.04.22 ОТ 12.04.2022 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий  
Тип аппарата: рентгеновский дентальный с визиографической приставкой  
Марка аппарата: "CS 2100"  
Фирма, завод-изготовитель: "Carestream Health Inc."  
Заводской номер: № 560526  
Год выпуска: 2016 г.  
Год ввода в эксплуатацию: 2017 г.  
Номинальное напряжение: 70 кВ  
Номинальная сила тока: 8 мА  
Вид работ: рентгенодиагностика.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

